

HARMANCIK İLÇE HASTANESİ
TIBBİ SARF İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

(619) OTOMATİK SEDİMENTASYON TÜPÜ: Otomatik sedimantasyon tüpü sehpası ile birlikte olmalıdır ve sedimantasyon tüpü ve pipeti normal standartlara uygun olmalıdır.

(637) STERİL SPANÇ : 100 Adetlik steril ambalajlarda olmalı, 5x5cm ebadında, 8 kat gazlı bezden yapıli ve dış kenarları içe katlanmış olmalıdır.