

İZNİK DEVLET HASTANESİ

İHALE SIRA NO: 476

LAMEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 20X20 mm. ölçülerinde olmalıdır.
2. Lameller berrak, kirşiz ve tozsuz olmalıdır.
3. Lameller birbirine yapışık olmamalıdır.
4. Laboratuarda denenerek uygunluk alınmalıdır.

İHALE SIRA NO: 473

LAM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lamlar berrak, kirsiz ve tozsuz olmalıdır.
2. Yazılan yazılar belirgin olmalı ve hemen silinmemelidir.
3. Lamlar birbirine yapışık olmamalıdır.
4. Laboratuarda denenerek uygunluk alınmalıdır.

İHALE SIRA NO: 394

NON STERİL İDRAR BARDAĐI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 100 ml'lik sızdırmaz şeffaf olmalıdır.
2. Numune istenecek ve deneme çalışması yapıldıktan sonra karar verilecektir.
3. Numune ürün ile teslim edilecek ürün arasında fark olmamalıdır.