

--ETİLEN OKSİT GAZ KARTUŞU

(265)

- 1.Aktif etilen oksit oranı %96 olmalı
- 2.Kartuşun Gaz muhteviyatı 11 Gram olmalı.
- 3.Kartuş çift kompartımanlı olmalıdır.
- 4.Etilen oksit , plastik kılıfla çevrelenmiş cam ampuller içinde bulunmalıdır.
- 5.Plastik kılıflarda ,emniyet tetik tertibiyatı bulunmalı.
- 6.Kartuş yanında 1 adet nem çipi,bir adet Dozimetre ,Bir adet liner Bag bulunmalı.
- 7.Nem çipleri çift katlı olmalı , birinci kat nem materyalini kaplayacak şekilde sterilize edilecek malzeme paketlerinin her türlü zarara karşı ,yüzeysel su birikimini önleyen yarı geçirgen özel kağıttan imal edilmiş olmalı.İkinci kat kuruma riskine karşı alüminyum kaplı ambalajlardan mamul olmalı.
- 8.Dozimetreler 50 / 54 derecede bir saat boyunca Etilen oksit gaz konsantrasyona ulaşip ulaşmadığını tespit edecek şekilde kalibre edilmiş olmalıdır.
- 9.Dozimetre yerine kimyasal endikatör teklif edilemez.
- 10.Numuneler ihale esnasında görülmeli,gerekirse denenmelidir.

KAN TRANSFÜZYON SETİ (DAMLALI KAN VERME SETİ)

- 1.Yerçekimi etkisi ile kan transfüzyonu yapmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
- 2.Hava girişsiz ,delme ucuna sahip olmalıdır.
3. 200 ml filtre kullanılmış olmalıdır.
4. 20 damla 1 ml'ye eşit olacak şekilde çalışmalıdır.
- 5.Yumuşak damla odasına sahip olmalıdır.
- 6.Hortum uzunluğu 150 cm olmalıdır.
- 7.Set üzerinde bir adet roller damla ayarlayıcı bulunmalıdır.
- 8.Lateks içermeyen enjeksiyon portuna sahip olmalıdır.
9. 18G hipotermik iğne mevcut olmalıdır.
- 10.Luer konektöre sahip olmalıdır.

ALÜMİNYUM PARMAK ATELİ

- 1.Uzunluğu 25 cm olmalı
- 2.Genişliği 2 cm olmalı
- 3.Alüminyum kalınlığı en az 1mm olmalı
- 4.Yumuşak tabaka kalınlığı en az 3-4 cm olmalı

CHAR-FLO AQUA 206 MG 240 ML SÜSPANSİYON

- 1.Her biri 50 gr/240 ml sulu kullanıma hazır %100 aktif karbon süspansiyonu içeren sıkılabilir yumuşak tüplerde olmalıdır.

Karacabey Devlet Hastanesi
Eczanesi