

# **KARDİOSİS EFORLU EKG CİHAZI İÇİN A4 EKG KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1.Kağıt A4 milimetrik baskılı olmalıdır.**
- 2.Baskı rengi turuncu olmalıdır.**
- 3.Ebatları 210mm\*297mm olmalıdır.**
- 4.Kağıt ayrı sayfalar halinde olmalıdır.**
- 5.Mevut cihaza uyumlu olmalıdır.**
- 6.Paketler 500/1000 sayfalık ambalajlarda olmalıdır.**
- 7.Ürün CE-ISO belgelerine sahip olmalıdır**
- 8.Ürün UBB'ye kayıtlı ve onaylı olmalıdır.**