

- 630 -

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ
BAŞTABIPLIĞI

SLİKON DREN
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Drenin üzerindeki delik olmamalıdır.
2. Hammaddesi silikon olmalıdır.
3. Direnin vücudun içinde kalan kısmı 4 AYRI KANALDAN emmeyi gerçekleştirmelidir.
4. Steril olmalıdır.
5. İnert olmalıdır.
6. Poşetin üzerindeki üretim yeri, kalınlığı hammaddesi yazmalıdır.
7. Sert bir merkezi olmalıdır.
8. Entegre konektörlü çeşitleri bulunmalıdır.
9. Cildin içinde ve dışında kalabilen konektör çeşitleri bulunmalıdır.
10. Mevcut rezervuara uyumlu olmalıdır.
11. Radyopak olmalıdır.
12. Meme cerrahisinde kullanabilmek için 10 Fr. Ebadında olmalıdır.
13. Numune alım öncesi görülmelidir.
14. Ürün son kullanma tarihinin dolmasına 3 ay kala uzun miadlı ürünle değiştirilmelidir.
15. Ürünün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ve TITUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belge verilecektir.

Opr.Dr. Murat ÇALIKAPAN

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
A.O.S. Onkoloji Hast.
Op. Dr. Murat ÇALIKAPAN
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. No: 25980-27448

Opr.Dr. Okan KAYLAR

Bursa A.O.S. Onkoloji Hast.
Op. Dr. Okan KAYLAR
Kadın Hast. ve Doğum Uzm.
Dip. Tescil No: 43919